浙江诚意药业股份有限公司 关于生产安全事故的后续处理结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月14日下午 17时30分左右发生一起生产安全事故,具体内容详见公司于2018年5月16日 在上海证券交易所网站及相关媒体上发布的公告,公告编号为(2018-028)。

近日,公司收到经温州市洞头区人民政府批准的《浙江诚意药业股份有限公 司"5•14"物体打击事故调查报告》。洞头区安全生产监督管理局对上述事故 已调查完毕,认定为一般生产安全责任事故。现将相关事宜公告如下:

本次事故直接原因是离心机转鼓由两块不同材质的不锈钢钢板拼焊而成,在 较大离心力作用下而引发爆裂伤人事故。当地安监部门已经对离心机设备生产厂 家进行立案查处。同时,我公司根据事故调查报告的要求对相关责任人进行了处 理。

本次事故未对公司生产经营和业绩产生重大不利影响。公司将认真吸取事故 教训,切实落实企业安全生产主体责任,加强设备管理,加大作业现场管理和巡 查力度,完善安全管理规章制度与生产隐患排查,确保安全生产。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会 2018年9月14日